



PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI
DINAS PERDAGANGAN

UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Ds. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara
Telp : (021)89073555, Email : metrologi.kabbekasi@gmail.com

Kode Pos 17530

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Certificate of Test Result

Nomor : PD02.04/ 1645 /UPTD ML-DISDAG/2024

A. Pemilik / Pemakai dan Penguji

Owner/User and Verification Officers

1. Nama Pemilik / Pemakai : PT SCG LIGHT WEIGHT CONCRATE INDONESIA
Owner / User
2. Alamat : Jl. Surya Techno Kav. IT 1-3, Surya City Of Industri, Cimapel, Karawang
Address
3. Penguji : Agus Ruhyat, S.T NIP. 197008081992031007
Verification Officers
4. Tanggal Pengujian : 28 Maret 2024
Verification Date

B. Spesifikasi UTPP

Spesifications Of Measuring Instrument

1. Nama / Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya : Timbangan Elektronik
Measuring Instrument
2. Merek / Tipe / Nomor Seri : KERN / 3600-2N / W1906522
Mark / Type / Serial Number
3. Kapasitas : 3600 g
Capacity
4. Daya Baca : 0.01 g
Readability
5. Kelas Ketelitian : III
Accuracy Class

C. Hasil Pengujian

Result of Verification

Disahkan Pada Tera/Tera Ulang Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dengan membubuhkan cap tanda tera yang berlaku

D. Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan : 28 Maret 2025

This Certificate is valid until

E. Catatan :

Notes

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTPP dan atau tanda Teranya rusak.
2. Penggunaan/fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku tanpa ijin dari UPTD Metrologi Legal Kab. Bekasi

Bekasi, 04 April 2024
KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
KABUPATEN BEKASI

SURAHMAN, S.T.
Penata Tk. I

NIP. 19800705 200311 1 001

PERHATIAN

TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
SATU TAHUN DAN ATAU DENDA Rp 1.000.000,-
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)

Lampiran SKHP
No : PD02.04/ /UPTD ML-DISDA6/2024

F. Metode, Standar dan Telusuran :

- Metode : - Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis.
- Standar : - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besar Massa.
- Standar : - Anak Timbangan Standar
- Telusuran : - Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung melalui UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bekasi

G. Data Pengujian

- Lokasi : METROLOGI LEGAL KAB. BEKASI
- Kelembaban : Ambient (%)
- Suhu : Ambient (°C)

H. Hasil

Standar (g)	Penunjukkan Alat (g)	Kesalahan Alat (g)
-	0.0	-
2.0	2.0	0.0
5.0	5.0	0.0
10.0	10.0	0.0
20.0	20.0	0.0
50.0	50.0	0.0
100.0	100.0	0.0
200.0	200.0	0.0
500.0	500.0	0.0
1000.0	1000.0	0.0
2000.0	2000.0	0.0
3000.0	3000.0	0.0

Ketidakkpastian = ± 0.1 g (k = 2)

Penera
Agus Ruhyat, S.T
NIP. 197008081992031007