



PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI  
DINAS PERDAGANGAN

# UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Ds. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara  
Telp : (021)89073555, Email : metrologi.kabbekasi@gmail.com

Kode Pos 17530

## SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

*Certificate of Test Result*

Nomor : 500.2.3.15/0332 /UPTD ML-DISDAG/2025

### A. Pemilik / Pemakai dan Penguji

*Owner/User and Verification Officers*

1. Nama Pemilik / Pemakai : PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA  
*Owner / User*
2. Alamat : Jl. Surya Tecno Kav. 1T 1-3, Surya Cipta City Of Industri, Karawang  
*Address*
3. Penguji : Agus Ruhyat, S.T NIP. 197008081992031007  
*Verification Officers*
4. Tanggal Pengujian : 24 Januari 2025  
*Verification Date*

### B. Spesifikasi UTTP

*Specifications Of Measuring Instrument*

1. Nama / Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya : Timbangan Elektronik  
*Measuring Instrument*
2. Merek / Tipe / Nomor Seri : DSCALE / A12E / W7082  
*Mark / Type / Serial Number*
3. Kapasitas : 200 kg  
*Capacity*
4. Daya Baca : 0.01 kg  
*Readability*
5. Kelas Ketelitian : III  
*Accuracy Class*

### C. Hasil Pengujian

*Result of Verification*

Disahkan Pada Tera/Tera Ulang Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dengan membubuhkan cap tanda tera yang berlaku

### D. Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan : 24 Januari 2026

*This Certificate is valid until*

### E. Catatan :

*Notes*

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTTP dan atau tanda Teranya rusak.
2. Penggandaan/fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku tanpa ijin dari UPTD Metrologi Legal Kab. Bekasi

Bekasi, 31 Januari 2025  
KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL  
KABUPATEN BEKASI



**PERHATIAN**  
TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA  
SATU TAHUN DAN ATAU DENDA Rp 1.000.000,-  
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)

#### F. Metode, Standar dan Telusuran :

*Methods, Standard and Traceability*

- **Metode** *Methods* : - Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 240 Tahun 2023 Tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis.  
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Massa.
- **Standar** *Standard* : - Anak Timbangan Standar
- **Telusuran** *Traceability* : - Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung melalui UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bekasi

#### G. Data Pengujian

*Verification Data*

- **Lokasi** *Location* : METROLOGI LEGAL KAB. BEKASI
- **Kelembaban** *Humidity* : Ambient (%)
- **Suhu** *Temperature* : Ambient (°C)

#### H. Hasil

*Results*

Standar (kg)	Penunjukan Alat (kg)	Kesalahan Alat (kg)
-	0.00	-
5.00	5.00	0.00
10.00	10.00	0.00
20.00	20.00	0.00
50.00	50.00	0.00
100.00	100.00	0.00
200.00	200.00	0.00
Ketidakpastian = $\pm 0.01$ kg ( k = 2 )		

Penera,



Agus Ruhyat, S.T  
NIP. 197008081992031007