



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Lingkar Luar km 1,3 Kelurahan Tanjung Mekar Karawang 41311
E-mail : metrologikabkarawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 500.2.3.15/0740/II/2026/UPTD Metro

No. : T E 0 0 4 2 1

Nama Pemilik/Pemakai : PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA
Owner/User
Alamat : Jl. Surya Tekno Kav. IT 1-3 Surya Cipta City of
Address : Industry, Kutamekar, Ciampel, Karawang 41361
Penguji/NIP : Ronni Syahputra, ST. / 197908232009011002
Verification Officers/Number Mains Officers
Tanggal Pengujian : 23 Februari 2026
Verification Date

Nama/Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan : Timbangan Elektronik
Perlengkapannya (UTTP)
Measuring Instrument
Merk/Tipe/Nomor Seri : SAYAKI / A12E / IMI24023053
Mark/Type/Serial Number
Kapasitas : 200 kg
Capacity
Interval Skala Terkecil (d)/Verifikasi (e) : 0,01 kg
Scale Interval of Actual/Verification
Kelas Ketelitian : II
Accuracy Class

Disahkan pada Tera Ulang Tahun 2026 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dengan berupa angka 26 dalam segi lima beraturan⁽²⁶⁾

Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan : **23 FEBRUARI 2027**
This certificate is valid until

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTTP dan/atau tanda teranya rusak Karawang, 26 Februari 2026
2. Penggandaan/fotocopy surat keterangan hasil pengujian keterangan ini tidak berlaku tanpa ijin UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
KABUPATEN KARAWANG**

PERHATIAN
TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM
PENJARA SATU TAHUN DAN/ATAU DENDA
Rp. 1.000.000.-

AGUS DARMAWAN, S.E., M.M.
Penata
NIP. 197912232009011006

Metode, Standar dan Telusuran :
Methode, Standard and Traceability

Metode
Methode

OIML R 76-1 Edition 2006 and R 76-2 Edition 2007, "Non-automatic weighing instrument";

Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 240/PKTN/KEP/12/2023 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis;

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 40/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus.

Telusuran
Traceability

: Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung

Data Pengujian

Calibration Data

Lokasi

Location


Hasil

Result

: PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

Pembacaan Alat (kg)	Koreksi (kg)
0	0
0,20	0,00
0,50	0,00
1,00	0,00
2,00	0,00
5,00	0,00
10,00	0,00
20,00	0,00
50,00	0,00
100,00	0,00
200,00	0,00
Ketidakpastian: Uncertainty	$\pm 0,01 \text{ kg (k=2)}$

Penguji,
Verification Officers,



Ronni Syahputra, ST.

Penata Muda Tk. I

NIP. 197908232009011002