



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Lingkar Luar km 1,3 Kelurahan Tanjung Mekar Karawang 41311
E-mail : metrologikabkarawang@gmail.com

Surat Keterangan Hasil Pengujian

Nomor : 500.2.3.15/1639/VI/2026/UPTD Metro

No. : A T 0 0 4 4

Pemilik/Pemakai dan Penguji :

Owner/User and Verification Officers

Nama Pemilik/Pemakai

Owner/User

Alamat

Address

Penguji/NIP

Verification Officers/Number Mains Officers

Tanggal Pengujian

Verification Date

: PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

: Jl. Surya Tekno Kav IT 1-3, Suryacipta City of
Industry, Kutamekar, Ciampel, Karawang

: Ronni Syahputra, ST. / 197908232009011002

: 4 Juni 2026

Spesifikasi UTTP :

Specifications of Measuring Instrument

Nama/Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan : Anak Timbangan

Perlengkapannya (UTTP)

Measuring Instrument

Jumlah UTTP

Totals Measuring Instrument

Merk/Tipe/Nomor Seri

Mark/Type/Serial Number

Kapasitas

Capacity

Kelas

Class

: 1 (satu) unit

: - / - / -

: 1/5000 g

: M3

Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan
This certificate is valid until

: 4 JUNI 2027

Catatan

Notes

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTTP dan/atau tanda teranya rusak
2. Penggandaan/fotocopy surat keterangan hasil pengujian keterangan ini tidak berlaku tanpa ijin UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang

Karawang, 8 Juni 2026

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
KABUPATEN KARAWANG**

AGUS DARMAWAN, S.E., M.M.

Penata
NIP. 197912232009011006

PERHATIAN
TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
SATU TAHUN DAN/ATAU DENDA Rp. 1.000.000
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)

A. Metode, Standar dan Telusuran :
Methode, Standard and Traceability

- Metode : OIML R 111 Edition 1999 "Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 (Including standard weights for testing of high capacity weighing machines and hexagonal weights)".
Methode
- Standar : Anak Timbangan Standar Kelas F2
Standard
- Telusuran : Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung
Traceability


B. Data Pengujian
Calibration Data

- Lokasi : Laboratorium Massa Kantor UPTD Metrologi Legal Kab. Karawang
- Kondisi Ruangan : Suhu = $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$
Kelembaban = $(60 \pm 1) \%$

C. Hasil
Result

No. Urut	MERK	Massa Nominal (g)	Massa Konvensional (g)	Ketidakpastian (kg)
1	-	5000	5000,00	0,08

Penguji,
Verification Officers,


Ronni Syahputra, ST
Penata Muda Tk. I
NIP. 197908232009011002