



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Lingkar Luar km 1,3 Kelurahan Tanjung Mekar Karawang 41311
E-mail : metrologikabkarawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 500.2.3.15/1636/VI/2026/UPTD Metro

No. :

T	E	0	7	3	5
---	---	---	---	---	---

Nama Pemilik/Pemakai
Owner/User

: **PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE
INDONESIA**

Alamat
Address

: **Jl. Surya Tekno Kav. IT 1-3, Suryacipta City of
Industry, Kutamekar, Ciampel, Karawang**

Penguji/NIP

Verification Officers/Number Mains Officers

Ronni Syahputra, ST. / 197908232009011002

Tanggal Pengujian
Verification Date

4 Juni 2026

Nama/Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya (UTTP)
Measuring Instrument

: **Timbangan Elektronik**

Merk/Tipe/Nomor Seri
Mark/Type/Serial Number

: **KERN / 3600-2N / W19065522**

Kapasitas
Capacity

: **3600 g**

Interval Skala Terkecil (d)/Verifikasi (e)
Scale Interval of Actual/Verification

: **0,01 g / -**

Kelas Ketelitian
Accuracy Class

: **II**

Disahkan pada Tera Ulang Tahun 2026 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dengan berupa angka 26 dalam segi lima
beraturan 26

Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan
This certificate is valid until

: **4 JUNI 2027**

Karawang, 8 Juni 2026

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTTP dan/atau tanda teranya rusak
2. Penggandaan/fotocopy surat keterangan hasil pengujian keterangan ini tidak berlaku tanpa ijin UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
KABUPATEN KARAWANG**

AGUS DARMAWAN, S.E., M.M.

Penata
NIP. 197912232009011006

PERHATIAN
TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
SATU TAHUN DAN/ATAU DENDA Rp. 1.000.000,-
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)

Metode, Standar dan Telusuran :

Methode, Standard and Traceability

- Metode : - OIML R 76-1 Edition 2006 and R 76-2 Edition 2007, "Non-automatic weighing instrument";
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor : 240/PKTN/KEP/12/2023 tahun 2023 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 40/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus.
- Telusuran : Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung

Data Pengujian

Calibration Data


- Lokasi : PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

Hasil

Result

Pembacaan Alat (kg)	Koreksi (kg)
0,00	-
1,00	0,00
2,00	0,00
5,00	0,00
10,00	0,00
20,00	0,00
50,00	0,00
100,00	0,00
200,00	0,00
500,00	0,00
1000,00	0,00
2000,00	0,00
3600,00	0,00
Ketidakpastian: Uncertainty	$\pm 0,01 \text{ kg (k=2)}$

Penguji,
Verification Officers,


Ronni Syahputra, ST.
Penata Muda Tk. I
NIP. 197808232009011002

Halaman 2 dari 2