



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Lingkar Luar km 1,3 Kelurahan Tanjung Mekar Karawang 41311
E-mail : metrologikabkarawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN
Nomor : 500.2.3.15/1638/VI/2026/UPTD Metro

No. : **T E 0 7 3 7**

Nama Pemilik/Pemakai : **PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE**
Owner/User : **INDONESIA**

Alamat : **Jl. Surya Tekno Kav. IT 1-3, Suryacipta City of**
Address : **Industry, Kutamekar, Ciampel, Karawang**

Penguji/NIP : **Ronni Syahputra, ST. / 197908232009011002**
Verification Officers/Number Mains Officers

Tanggal Pengujian : **4 Juni 2026**
Verification Date

Nama/Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang : **Timbangan Elektronik**
dan Perlengkapannya (UTTP) :
Measuring Instrument

Merk/Tipe/Nomor Seri : **DSCALE // A12E / W7083**
Mark/Type/Serial Number

Kapasitas : **200 kg**
Capacity

Interval Skala Terkecil (d)/Verifikasi (e) : **0,01 kg / -**
Scale Interval of Actual/Verification

Kelas Ketelitian : **II**
Accuracy Class

Disahkan pada Tera Ulang Tahun 2026 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dengan berupa angka 26 dalam segi lima beraturan 26

Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan : **4 JUNI 2027**
This certificate is valid until

Karawang, 8 Juni 2026

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian ini tidak berlaku apabila alat UTTP dan/atau tanda teranya rusak
2. Penggandaan/fotocopy surat keterangan hasil pengujian keterangan ini tidak berlaku tanpa ijin UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
KABUPATEN KARAWANG

AGUS DARMAWAN, S.E., M.M.

Penata :
NIP. 197912232009011006

PERHATIAN
TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
SATU TAHUN DAN/ATAU DENDA Rp. 1.000.000,-
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)

Metode, Standar dan Telusuran :

Method, Standard and Traceability

- Metode : - OIML R 76-1 Edition 2006 and R 76-2 Edition 2007, "Non-automatic weighing instrument";
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor : 240/PKTN/KEP/12/2023 tahun 2023 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 40/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus.
- Telusuran : Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bandung

Data Pengujian

Calibration Data


- Lokasi : PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

Hasil

Result

Pembacaan Alat (kg)	Koreksi (kg)
0,00	-
0,20	0,00
0,50	0,00
1,00	0,00
2,00	0,00
5,00	0,00
10,00	0,00
20,00	0,00
50,00	0,00
100,00	0,00
200,00	0,00
Ketidakpastian: Uncertainty	$\pm 0,01 \text{ kg (k=2)}$

Penguji,
Verification Officers,



Ronni Syahputra, ST.
Penata Muda Tk. I
NIP. 197808232009011002